



AB 624

PO-09-01/HP-02
Data wprowadzenia 2017-07-17

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Kisielewskiego 12
tel. (0-13) 43 219 42 tel./fax (0-13) 43 219 45
e-mail: psse.krosno@pis.gov.pl, www.pssekrosno.pl

Zakres akredytacji nr AB 624:

POLHP.711.2.PSN.441.2.1.3..2017

Data wydania: 06.12.2017

Produkty spożywcze:

- Liczba bakterii z grupy coli, Escherichia coli, Enterobacteriaceae
- Obecność Salmonella i Listeria monocytogenes
- Liczba pałeczek Listeria monocytogenes
- Liczba drobnoustrojów
- Mięso przetwory mięsne: azotany i azotyny, chlorek sodu
- Napoje bezalkoholowe: kwasowość, kwas benzoesowy, kwas sorbowy
- Owoce, warzywa i ich przetwory: kwas benzoesowy, kwas sorbowy, azotany i azotyny

Środowisko pracy:

- Hałas
- Drgania mechaniczne ogólne i miejscowe
- Oświetlenie elektryczne we wnętrzach
- Powietrze: skuteczność wentylacji i respirabilność
- Mikroklimat gorący
- Pobieranie próbek: pyły przemysłowe, substancje organiczne

Woda:

- pH
- Mętność
- Przewodność elektryczna właściwa
- Azotany
- Azotyny
- Żelazo
- Jon amonowy
- Glin
- Liczba kolonii na agarze - Obecność i liczba:
 - Bakterie grupy coli
 - Bakterie grupy coli termotolerancyjne
 - Escherichia coli
 - Przetwarzalniki beztlenowców redukujących siarczyny
 - Enterokoki
 - Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)
 - Pseudomonas aeruginosa

Biologiczne wskaźniki kontroli procesu sterylizacji: Sporal A, S

- Obecność drobnoustrojów wskaźnikowych Geobacillus stearothermophilus, Bacillus subtilis

Kał, wymaz z odbytu, szczep, wymazy z kału

- Obecność i identyfikacja pałeczek: Salmonella, Shigella, pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae

Oddział Laboratoryjny Pracownia Higieny Pracy

Sprawozdanie z badań nr : 165/N/HP/2017

Numer zlecenia: PSN.441.2.1.3.2017



Nazwa i adres Klienta:

Nazwa i adres Klienta:

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Kisielewskiego 12
38-400 Krosno**

Miejsce pobierania próbek/ wykonania pomiarów

**Szkoła Podstawowa Nr 3
38-400 Krosno ul.Konopnickiej 5**

Pomiary wykonano zgodnie z harmonogramem

Zakres badań:

1. Oświetlenie elektryczne

Data wykonania badań : 29.11.2017

Data zakończenia badań: 30.11.2017

Oświadczam, że:

1. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone *
2. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i dnia wykonywania badań
3. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
4. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
5. Wyniki badań wykonanych metodami innymi niż wskazane w przepisach prawnych nie mogą być wykorzystane do celów urzędowych
6. Badanie przebiegało bez odchylenia i odstępstw mających wpływ na wynik badania

